Nombre	Bata de aislamiento desechable PP + PE
Material	Revestimiento PP + PE
Peso	30-45GSM
MOQ	1500PCS
Embalaje	Normalmente, 1pcs / polybag, 50pcs / ctn
Entrega	Dentro de 2 semanas
Caracteristicas	Impermeable / no estéril

***Solicitud**

USOS COMUNES en clínicas, hospitales, laboratorios, talleres, etc. Para aislamiento general y proteccion.

*** Tela de seguridad y antidepidemia de grado médico**

Material ligero de múltiples capas que es resistente a los fluidos y transpirable.
Seguro y lo suficientemente fuerte para la protección personal
Los vestidos tienen un tamaño generoso para una cobertura total
Con lazos en la cintura y el cuello para garantizar un ajuste seguro
Con puños elásticos o de punto.

JZ

JZ

JZ

180000122582

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2278

检 测 报 告

武汉海关技术中心

BOCHERER

武汉海关技术中心

正本

Technology Center Of Wuhan Customs District

检 测 报 告

Test Report

申报样品名称：一次性隔离衣（非医用）

Name of sample declared：Disposable isolation gown(non-medical use

报告编号(No.of Series)：21202000746-1

报告日期（Date）：2020-05-15

报告页数（Page）：共 1 页 第 1 页

委托人： 湖北君橙服饰有限公司

Consignor：HUBEI ORANGE FASHION CO.,LTD

样品来源：委托人送样

Origin of sample：Delivering by Consignor

检测项目及结果：

Item inspected and its data：

接样日期： 2020-05-12

Date of reception：

检测依据： GB 15979-2002 附录 B

Method of inspection：

样品标记 Sample Mark	2#
样品编号 Sample No.	202003069
细菌菌落总数 Total bacterial count (CFU/g)	84
大肠菌群 Coliforms	未检出 ND

****

以下空白

BLANK BELOW

签署(Signature)：

印章（Seal）：

Notice:1.本报告仅对到样负责。(It is only responsible for the sample received.)

2.未加盖检验检测报告专用章无效。(It is invalid without original seal of inspection & test report.)

3.未经本中心书面许可，不得部分复制报告。(It can not be copied separately without authorized permission.)

地址：湖北省武汉市汉阳琴台大道 588 号

Add.：No.588Qin Tai Avenue, Hanyang，Wuhan, Hubei Province of P.R.C

电话（Tel）：027-58905910；58905912

传真（Fax）：027-58905911

产品合格证
2020-05-12

广检集团 GTTC

170000113982

检验检测报告 （电子版）

防伪查询网址：www.gttc.net.cn

防伪码：0EIM-8603-54

扫码下载报告

No:200128094

委托单位	武汉宝齐莱商贸有限公司 地址：湖北省武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城8号楼1506室				
客户认定信息	一次性隔离衣（非医用） 4件 商标：BECOLOR 批号款号：批号：20200516 款号：CF23156 颜色：浅蓝 材质：100%聚丙烯 号型规格：OFSPC-XL 生产单位：湖北君橙服饰有限公司				
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-05-17	报告签发日期	2020-05-23
判定依据	Q/OFGLY01-2020 《一次性隔离衣（非医用）》				
综合检验结论	---				

检验检测结果

检验检测项目	判定依据	判定
断裂强力	Q/OFGLY01-2020	符合
断裂伸长率	Q/OFGLY01-2020	符合
抗渗水性	Q/OFGLY01-2020	符合

备注

本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。
复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。
本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。

广州检验检测认证集团有限公司 检验检测专用章 (GF2)

签发：刘圆 工程师 刘圆

样品图片 （电子版）

No:200128094

广州检验检测认证集团有限公司 检验检测专用章 (GF2)

总部：广州市番禺区珠江路1号
花都实验室：广州市花都区狮岭镇旗岭河滨西路1号
电话:020-61994598/61994599
电话:020-37721161

广检集团 GTTC

170000113982

检验检测报告附页 （电子版）

No:200128094

检验检测项目（计量单位）[样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●断裂强力(N)	GB/T 3923.1-2013 夹距:100mm 速度:100mm/min	纵向 ≥10 横向 ≥10	纵向 49 横向 95	符合	注
●断裂伸长率(%)	GB/T 3923.1-2013 夹距:100mm 速度:100mm/min	纵向 ≥15 横向 ≥15	纵向 101 横向 115	符合	注
●抗渗水性（cmH_2O）	GB/T 4744-2013 增压法:60cmH_2O/min 水温:20.0℃ 正面向下接触水面	≥10	1# 71.3 2# 73.9 3# 36.4 4# 64.5 5# 68.6 平均值 62.9	符合	注

备注	
	注：判定指标来源于客户要求的企业标准（Q/OFGLY01-2020）。我单位获CMA认定授权的检验能力覆盖Q/OFGLY01-2020所检项目。

广州检验检测认证集团有限公司 检验检测专用章 (GF2)

——本报告结束——

总部：广州市番禺区珠江路1号
花都实验室：广州市花都区狮岭镇旗岭河滨西路1号
电话:020-61994598/61994599
电话:020-37721161

Bata de aislamiento desechable PP + PE